





# Návod k použití


## MemoCare

Matrace pro terapii dekubitů

Před použitím systému si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte **varování!**

<b>Jméno výrobku</b>	<b>MemoCare</b>
<b>rozsah dodávky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matrace pro léčbu dekubitů s pěnovým jádrem</li><li>• PU potah (snímatelný na zip)</li><li>•  Návod k použití (V06), další jazyky návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu</li></ul>
<b>Indikace / oblasti použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profylaxe dekubitů</li><li>• Dekubitová terapie až do stupně 3 (Seiler / EPUAP)</li><li>• Ovládnutí bolesti</li><li>• U pacientů se středním rizikem proleženin</li></ul>
<b>Kontraindikace</b>	Neznámý
<b>Přípustná hmotnost/výška pacienta min - max.</b>	0 - 200 kg
<b>materiál</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jádro: PU pěny (HR/Visco)</li><li>• Obal: nosný materiál PES potažený PU</li></ul>
<b>Rozměry</b>	Šířka: 80 - 100 cm; Délka: 190 - 220 cm
<b>Hmotnost produktu</b>	Přibližně 11 kg (90/200 cm)
<b>Číslo podpory (podle § 139 SGB V)</b>	
<b>Zdravotnické zařízení</b>	Třída 1, MDR 2017/745  
<b>Technická bezpečnost / nehořlavost</b>	Zkoušení odolnosti proti plameni podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 s 3 betlém 5, BS 7177
<b>Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Varovná upozornění</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Před prvním použitím je nutné provést přípravu systému pro první použití (viz "Příprava systému k použití").</li><li>• Vhodné pro polohovatelné lehací plochy</li><li>• Horní okraj postranic minimálně 22 cm nad nezatíženým horním okrajem matrace</li></ul>
<b>záruka</b>	3 roky na funkční vlastnosti pěnového jádra (poměrná záruka)
<b>údržba</b>	Ne
<b>Pokyny k čištění (potah matrace)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>V zásadě může uživatel/prodejce čistit kryt na vlastní nebezpečí.</b> Lze čistit buď otřením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z isopropanolu (např. Bacillol) nebo jinými vhodnými produkty uvedenými na DGHM (např. ECOLAB čisticí hadřík Incidin OxyWipe S XL). Je možné chemicko-tepelné čištění.</li><li>2. <b>Alternativní čištění v institucích:</b> Kryt lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pak reference připravena k opětovné aplikaci. <b>POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.</b></li></ol> 
<b>Pokyny k čištění (jádro)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>V zásadě může pěnové jádro čistit uživatel/prodejce na vlastní odpovědnost.</b> Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Toho lze dosáhnout namočením kontaminovaného místa nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillol nebo ECOLAB pěnový sprej Incidin OxyFoam S složený z peroxidu vodíku). Poté musí být pěnové jádro vysušeno na vzduchu.</li><li>2. <b>Alternativní čištění v rámci institucí:</b> Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovné aplikaci. <b>POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.</b></li></ol>
<b>Připravte systém k použití</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Výrobek je určen a vhodný pro domácí a institucionální použití.</li><li>2. Vyjměte matraci z krabice ihned po obdržení.</li><li>3. Vložte matraci do postele.</li><li>4. Všimněte si potisku na horní straně matrace „THIS SIDE UP“.</li></ol>

RKI = Institut Roberta Kocha; DHGM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii; Autoklávování = frakcionovaný vakuový proces při 105 stupních C a 55 minutách

 **Výrobci ve smyslu MDR 2017/745**

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 13.06.2023 10:09